

## 质检报告

**货号：** A-100

**产品描述：** Vac 负压装置（第二代）

**生产日期：** 2023-10-10

**效期：** 2026-10-09

**材质：** 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯和聚碳酸酯

特此证明，该产品是根据既定的制造指南和产品规范制造的。产品符合所有质量要求。

**效期：**

建议产品在生产之日起三年内使用。

该生产批次已按照标准操作程序进行取样和测试，并已发布以下特征：

本生产批次产品已按照标准操作程序进行取样和检测，特性如下： 检测/过程

检测/过程	指标	结果
目视检查	无闪光/短路/气泡/污染	合格
真空测试	用硅管连接真空歧管的真空出口和真空泵。打开真空开关。 -20-30 英寸汞柱，加压	-30 英寸汞柱 合格

该批次产品抽出的样品已通过标准操作程序检测，如因操作不当、非常规操作或超技术参数操作所引起的任何损害或损失，本公司不承担责任。

